



PREVENTICUS
RHYTHM IS LIFE

DE

Preventicus Heartbeats App

Gebrauchsanweisung



Inhaltsverzeichnis

1	Symbole.....	5
2	Produktbeschreibung und Zweckbestimmung	6
2.1	Zweckbestimmung	6
2.2	Vorgesehene Benutzer	6
2.3	Indikation, Kontraindikation und Ausschlüsse	7
2.4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	7
2.5	Klinischer Nutzen	7
2.6	Messprinzip: Grundlagen der Pulskurvenanalyse	7
3	Hinweise	8
3.1	Warnhinweise	8
3.2	Weitere Hinweise zur Leistung und Restrisiken	8
4	Lebensdauer des Produktes	9
5	Datensicherung	9
6	Erstanwendung	10
6.1	Starten der App Preventicus Heartbeats.....	11
6.2	Lesen und Akzeptieren der Zweckbestimmung inklusive der Warnhinweise, Nutzungs- und Datenschutzbedingungen.....	12
6.3	Zugangscode eingeben	12
6.4	Registrieren und Nutzerkonto anlegen.....	13
7	Übersichtsseite.....	13
8	Durchführung einer Messung	14
8.1	Auswahl der Messvariante	14
8.2	Vorbereitung des Gerätes	15
8.3	Richtige Messposition	16
8.4	Alternative Messvariante.....	17
8.5	Positionierungshilfe nutzen.....	17
8.6	Gute Signalqualität erkennen.....	18
8.7	Verhalten während der Messung	18
8.8	Start der Messung	19
9	Messergebnis-Report erstellen.....	19

10	Anzeige der Ergebnisse.....	20
10.1	Schlechte Signalqualität.....	21
11	Reports & Telecare.....	21
11.1	Übersicht Messergebnis-Report.....	21
11.2	Messergebnisliste.....	24
11.3	Telecare – Reports.....	26
11.4	Telecare – Report in Auftrag geben.....	27
11.5	Telecare – Status und Report anzeigen.....	29
11.6	Startseite - Letzte Messung.....	30
12	Mehr-Menü.....	30
12.1	Basisdaten.....	31
12.2	Erinnerungsfunktion.....	31
12.3	Anmeldung.....	32
12.3.1	Nutzerkonto.....	33
12.3.2	Smartphonewechsel.....	33
12.3.3	Mehrere Nutzer - Nutzerwechsel.....	34
12.4	Über Heartbeats.....	35
12.5	Wissenswertes.....	35
13	Vollversion.....	36
13.1	Kaufoptionen.....	36
14	Nutzerkonto löschen.....	36
15	Gesundheit.....	38
16	Postfach.....	39
17	Fragen und Probleme.....	39
18	Deinstallation der App.....	40
19	Technische Daten.....	41
20	Herstellerinformation.....	41

Die vorliegende Gebrauchsanweisung beschreibt die Anwendung und Funktionen der App Preventicus Heartbeats auf Smartphone Geräten mit iOS- und Android-Betriebssystem. Zur Vereinfachung wird im Folgenden ausschließlich von Smartphone gesprochen.



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch der App Preventicus Heartbeats sorgfältig durch.

Eine stets aktuelle Version der Gebrauchsanweisung finden Sie unter <https://www.preventicus.com/gebrauchsanweisung-app/>

Weitere Informationen finden Sie auf der Preventicus Support-Webseite unter (<https://www.preventicus.com/support>). Dort können Sie ebenfalls eine Papierversion des Handbuches kostenfrei bestellen.

1 Symbole

In dieser Gebrauchsanweisung können sich folgende Symbole befinden (Farbe und Größe kann variieren):

Symbol	Bedeutung
	Bei dieser Stand-alone-Software handelt es sich um ein zertifiziertes Medizinprodukt der Risikoklasse IIa nach Regel 11 der VO (EU) 2017/745.
	Warnung Eine Warnung ist immer von sicherheitsrelevanter Bedeutung.
	Hinweis Ein Hinweis macht auf wissenswerte Informationen aufmerksam.
	Herstellerkennzeichnung
	Elektronische Gebrauchsanweisung beachten.
	Medizinprodukt

2 Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Preventicus Heartbeats App ist eine Softwareanwendung, welche die Pulscurve aufzeichnet, eine Herzrhythmusanalyse anhand der Daten durchführt und die Ergebnisse bereitstellt.

Die Aufzeichnungen der Pulscurve werden mit der Kamera eines Smartphones durch Kontakt mit der Fingerspitze in der App erhoben. Anschließend wird mit der aufgezeichneten Pulscurve eine Herzrhythmusanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse der Herzrhythmusanalyse werden in der Preventicus Heartbeats App bereitgestellt. Sollten Hinweise auf eine Herzrhythmusstörung erkannt werden, wird dem betroffenen, falls nicht unter medizinischer Kontrolle und bei wiederholtem Auftreten, eine weiterführende medizinische Bewertung durch Fachpersonal empfohlen.

Sollten Sie sich unwohl fühlen oder andere beunruhigende Symptome feststellen, nehmen Sie bitte umgehend medizinische Hilfe in Anspruch.

Mit der Preventicus Heartbeats App ist eine Bewertung in drei Kategorien möglich: keine Auffälligkeiten, Verdacht auf Extrasystolen (>5% aller Schläge sind unregelmäßig) und absolute Arrhythmie mit Verdacht auf Vorhofflimmern. Ergänzend wird über den Verdacht auf relevante Brady- und Tachykardien, ohne deren Ursache weiter zu differenzieren, informiert.

Die Herzrhythmusanalyse erfolgt anhand von ein- und fünfminütigen Pulscurven. Die Ergebnisse der Herzrhythmusanalyse können für ein und fünf Minuten bereitgestellt werden. Eventuell in den Daten auftretende Störungen und Artefakte werden detektiert und eliminiert. Zur Verbesserung der Signalqualität der Messdaten kann ein algorithmisches Verfahren, einschließlich Methoden der Künstlichen Intelligenz, eingesetzt werden, um aus dem aufgezeichneten Videosignal diejenigen Signalanteile zu identifizieren und zu verarbeiten, die eine ausreichende Signalqualität für die weitere Analyse aufweisen.

Preventicus hat die Erkennung von Vorhofflimmern und Extrasystolen und die Genauigkeit bei Ermittlung der Herzrate mit eigenen klinischen Studien belegt (siehe auch: www.preventicus.com/Studien). Es wurde gezeigt, dass dieser Produkte zugrunde liegende Algorithmus Vorhofflimmern mit einer Genauigkeit von über 96% von regelmäßigem Herzrhythmus unterscheiden kann.

2.1 Zweckbestimmung

Die App Preventicus Heartbeats dient der Erkennung von Herzrhythmusstörungen in Form einer Verdachtsdiagnose sowie der Ermittlung und Charakterisierung der Herzrate. Dies betrifft die folgenden Herzrhythmusstörungen: Erkennung von absoluter Arrhythmie mit Verdacht auf Vorhofflimmern, Erkennung von Extrasystolen und irregulären Herzschlägen, Ermittlung der Herzfrequenz mit Hinweisen auf Bradykardien und Tachykardien.

Es handelt sich bei dem ermittelten Ergebnis lediglich um einen möglichen Verdacht („Verdachtsdiagnose“), nicht jedoch um eine Diagnose im medizinischen Sinn. Die ermittelten Ergebnisse dienen ausschließlich Informationszwecken und ersetzen unter keinen Umständen eine persönliche Diagnose, Beratung, Betreuung oder Behandlung durch ärztliches oder medizinisch geschultes Personal.

2.2 Vorgesehene Benutzer

Die Preventicus Heartbeats App ist für folgende Personen als Eigenanwendung geeignet:

- Personen, die sicher im Umgang mit Smartphones und Wearables sind
- Personen, die in lateinischen Buchstaben geschriebenen Texte und arabische Zahlen lesen und verstehen
- Personen mit einem kompetenten Sprachniveau in den für die App verfügbaren Sprachen (siehe Kapitel 19)

2.3 Indikation, Kontraindikation und Ausschlüsse

Die App Preventicus Heartbeats ist für folgende Indikationen vorgesehen:

- Personen mit mutmaßlichen Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern
- Personen, unabhängig vom Geschlecht
- Personen im Alter ab 18 Jahren
- Personen ohne oder nur mit geringfügig korrigierter Einschränkung der Sehfähigkeit
- gesundes Hautgewebe, mit dem die Kamera in Berührung kommt.

Die App Preventicus Heartbeats ist jedoch nicht für die Verwendung von Personen vorgesehen:

- mit Herzschrittmachern, einem ICD oder anderen implantierten elektronischen Geräten, da diese in der Lage sind, den natürlichen Herzrhythmus zu steuern
- mit kognitiven Einschränkungen.

2.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Messung mit der Preventicus Heartbeats App sollte bei normaler Raumtemperatur und unter normalen Lichtbedingungen durchgeführt werden. Die Kamera ist ausschließlich auf gesundem Hautgewebe zu verwenden. Während der Messung darf der Finger das Blitzlicht nicht berühren. Bei reduzierter Schmerzempfindlichkeit raten wir dieses Produkt nicht anzuwenden. Die App ist nicht im Ladezustand des Endgerätes zu verwenden.

Die Preventicus Heartbeats App ist für die Verwendung auf einem von der Preventicus GmbH für diesen Zweck getesteten und freigegebenen Endgerät vorgesehen. Eine aktuelle Liste ist unter folgenden Links zu finden:

<https://heartbeats.preventicus.com/devices/de>

2.5 Klinischer Nutzen

Herzrhythmusstörungen, vor allem unerkanntes Vorhofflimmern, werden mit einem stark erhöhten Schlaganfallrisiko in Verbindung gebracht. Es ist oft nicht spürbar, kommt häufig nur sporadisch vor und ist dadurch meist schwer diagnostizierbar.

Kardiologische Fachgesellschaften empfehlen daher das selbständige und regelmäßige Messen des Herzrhythmus mit geeigneten Apps, mit Wearables oder Smartwatches. Wird Vorhofflimmern erkannt und anschließend von einem Arzt per EKG bestätigt, kann das Schlaganfallrisiko medikamentös reduziert bzw. normalisiert werden. Die Preventicus Heartbeats App bietet eine Lösung zum selbständigen und regelmäßigen Messen des Herzrhythmus, um frühzeitig Hinweise auf Vorhofflimmern zu erkennen, Betroffene schneller einer Diagnosestellung und anschließender Therapie beim Kardiologen zuzuführen und dadurch das Schlaganfallrisiko zu verringern.

2.6 Messprinzip: Grundlagen der Pulskurvenanalyse

Mit Preventicus Heartbeats erfassen Sie über die Kamera Ihres Smartphones die sogenannte Pulskurve an der Fingerkuppe. Dazu wird der Finger auf die Kameralinse gelegt und Licht aus dem Blitzlicht in die Fingerkuppe eingestrahlt. Über signalanalytische Methoden kann aus dem Kamerasignal die Pulskurve abgeleitet werden, vergleichbar mit dem medizinischen Verfahren Photoplethysmographie. Die Pulskurve entspricht der durch die Herzaktivität entstehenden Blutpulsation.

Aus der Variabilität des Herzschlages lassen sich in Kombination mit biosignalanalytischen Methoden eventuelle Hinweise auf Herzrhythmusstörungen erkennen.

3 Hinweise

3.1 Warnhinweise



Die sichere Verwendung von Preventicus Heartbeats ist nur dann gewährleistet, wenn die Warnhinweise befolgt werden.

1. Entfernen Sie eventuell vorhandene Schutzhüllen von Ihrem Smartphone.
2. Führen Sie die Messung nicht mit angeschlossenem Netzteil durch.
3. Sollte das Blitzlicht Ihres Smartphones trotz korrekter Anwendung (der Finger liegt nur auf der Kameralinse, nicht auf dem Blitzlicht) spürbar zu heiß werden, brechen Sie bitte die Messung ab.
4. Bei reduzierter Schmerzempfindlichkeit raten wir, dieses Produkt nicht anzuwenden.
5. Die Herzrate beeinflussende Medikamente, Herzschrittmacher oder Defibrillatoren können das Ergebnis der Rhythmusanalyse eventuell verfälschen.

i Hinweis: Wir bitten Sie, alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit der App Preventicus Heartbeats aufgetreten sind, uns und der zuständigen Behörde, in dem Land, in dem Sie ansässig sind, zu melden. (Ausführlicher Kontakt siehe Punkt "Herstellerinformationen").

Mail: support@preventicus.com

3.2 Weitere Hinweise zur Leistung und Restrisiken

Die Preventicus Heartbeats App wird im außerklinischen Umfeld als Eigenanwendung genutzt und dient weder zur Entscheidungsfindung in lebensbedrohlichen Situationen noch zum Echtzeitmonitoring von Vitalfunktionen, noch greift sie in bestehende leitliniengerechte diagnostische Pfade oder therapeutische Maßnahmen ein.

Grundsätzlich muss zwischen der Vorhofflimmer (VHF)-Erkennung (Screening bzw. Verlaufsbeobachtung) und anschließender VHF-Diagnostik unterschieden werden. VHF-Diagnostik erfolgt ausschließlich leitliniengerecht mit einem Brustwand-EKG, in der Regel durch Kardiologen. Preventicus Applikationen sind nicht für die abschließende VHF-Diagnostik mit therapeutischen Implikationen, sondern ausschließlich für VHF-Screening oder VHF-Verlaufsbeobachtung ohne therapeutische Implikationen bestimmt. Eine therapeutische Implikation kann nur auf Grund eines realen EKGs erfolgen.

Preventicus Heartbeats erkennt Vorhofflimmern laut der durchgeführten Studien mit einer Gesamtgenauigkeit von 96%. Die Sensitivität (Richtig-Positiv-Rate) beträgt ca. 92%. Die Sensitivität gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit Vorhofflimmern als solches erkannt wird. Parallel dazu gibt die Spezifität (Richtig-Negativ-Rate) nicht von Vorhofflimmern betroffenen Nutzern den Anteil an, bei denen das Ergebnis korrekt mit einer grünen Ampel ausgegeben wird. Die Spezifität von Preventicus Heartbeats beträgt 99%.

Vorhofflimmern kann sporadisch vorkommen, liegt dieses im Moment der Messung nicht vor, kann es durch Preventicus Heartbeats nicht erkannt werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine schlechte Signalqualität, bestehende Erkrankungen (wie Diabetes, Gefäßerkrankungen oder der Zustand nach kardiovaskulären Operationen), die Pulsfrequenz beeinflussende Medikamente oder Herzschrittmacher die Genauigkeit von Preventicus Heartbeats verfälschen.

4 Lebensdauer des Produktes

Als Lebensdauer ist die Spanne bis zum Erscheinen einer neuen Version der App festgelegt. Diese ist durch eine Erhöhung mindestens der zweiten Stelle der Versionsnummer gekennzeichnet. Die Angaben zur Versionsnummer sind in den jeweiligen App-Stores angegeben.

<https://itunes.apple.com/de/app/preventicus-heartbeats-herzstolpern/id1122978949>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.preventicus.heartbeats&referrer=adjust_reftag%3DcnkNmWWmkmJ7H%26utm_source%3DPreventicus.com

Informationen über Updates werden über das Betriebssystem bereitgestellt. In Anhängigkeit von den jeweiligen Nutzereinstellung auf dem Smartphone wird das Update automatisch durchgeführt oder muß aktiv durch Sie freigegeben und gestartet werden.

5 Datensicherung

Die Datensicherung kann auf folgendem Weg erfolgen:

Die Reports können z. B. via E-Mail als PDF exportiert und verschickt werden. Damit können diese dann in anderen Datenbanken (z. B. PDMS, Praxis-Software) oder auf anderen Speichermedien (z. B. Festplatte, Speicherkarte) gesichert werden.

Preventicus GmbH empfiehlt, das Smartphone, auf dem die Anwendung läuft, mit einem Code (PIN, Personal Identification Number), Face ID oder Touch ID (Fingerabdruck) zu schützen. Es ist wichtig, das Smartphone zu schützen, weil persönliche Gesundheitsinformationen darauf gespeichert werden.

6 Erstanwendung

Die App Preventicus Heartbeats kann auf Smartphones ab dem Betriebssystem iOS 15 und Android 8.0 genutzt werden.

Die aktuelle Liste der getesteten und freigegebenen Geräte finden Sie auf <https://heartbeats.preventicus.com/devices/de>

Für Smartphones, für die die Anwendung nicht nachweislich geeignet ist, wird die App Preventicus Heartbeats im jeweiligen Store nicht angezeigt.

Sie können die App Preventicus Heartbeats unter folgenden Links herunterladen und installieren:

Link zum App Store für iOS-Geräte:

<https://itunes.apple.com/de/app/preventicus-heartbeats-herzstolpern/id1122978949>

Link zum Play Store für Android Geräte:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.preventicus.heartbeats&referrer=adjust_reftag%3DcnkNmWWmkmJ7H%26utm_source%3DPreventicus.com

Nach Installation der App Preventicus Heartbeats und bei Erstanwendung müssen Sie zunächst die Zweckbestimmung inklusive der Warnhinweise, Nutzungs- und Datenschutzbedingungen lesen und akzeptieren, um fortfahren zu können. Falls Sie einen Zugangscode besitzen, besteht anschließend die Möglichkeit, diesen einzugeben. Dieser Schritt kann von Ihnen auch übersprungen werden. In beiden Fällen gelangen Sie danach zur Registrierung, um sich einen Account für die App anzulegen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

<https://www.preventicus.com/allgemeine-geschaeftsbedingungen/>

Datenschutz zur App Preventicus Heartbeats

<https://www.preventicus.com/datenschutz-der-app/>

6.1 Starten der App Preventicus Heartbeats



Nach Installation der App erscheint auf Ihrem Smartphone Display das Preventicus Heartbeats Herz . Wenn Sie das Herz anklicken, öffnet sich die App.

Wenn die App geöffnet ist, wird Ihnen als erstes der Startscreen angezeigt. Der Screen zeigt produktrelevante Symbole (1), unter anderem ein Symbol für die Gebrauchsanweisung (2). Bei Klick auf das Symbol  öffnet sich für Sie die Gebrauchsanweisung in einem extra Browserfenster Ihres Smartphones.

Der Startscreen besteht aus insgesamt fünf Seiten mit Informationen zu wichtigen Funktionen der App und darüber hinaus dem Vorsorgeprogramm in Zusammenarbeit mit Krankenkassen (3). Die einzelnen Seiten können Sie durch Wischen mit dem Finger auf dem Display von rechts nach links bzw. links nach rechts individuell ansehen.

Wenn Sie die App Preventicus Heartbeats das erste Mal verwenden, dann klicken Sie um fortzufahren, bitte auf den Button „Neu hier“ (4).


Sollten Sie bereits aktiver Nutzer der App sein, dann gehen Sie bitte zu [Kapitel 12.3 Anmeldung](#)



6.2 Lesen und Akzeptieren der Zweckbestimmung inklusive der Warnhinweise, Nutzungs- und Datenschutzbedingungen

Bevor Sie mit der Nutzung beginnen, ist es wichtig zu wissen, wie Preventicus Heartbeats funktioniert und worauf Sie achten sollten. Lesen Sie sich daher bitte im nächsten Schritt die ausgewiesenen Nutzungsbedingungen, Zweckbestimmungen und Warnhinweise sowie Datenschutzinformationen sorgfältig durch. Um fortfahren zu können, müssen Sie diesen Bedingungen zuerst zustimmen. Klicken Sie dazu die rechteckigen Felder an und setzen Sie so ein Häkchen, was zeigt, dass Sie diese akzeptieren. Anschließend drücken Sie den Button „Weiter“, um fortzufahren.


Die ersten zwei Checkboxen zu Nutzungsbedingung, Zweckbestimmung inklusive Warnhinweise und den Datenschutzinformationen sind Pflichtfelder und müssen akzeptiert werden, um fortzufahren (1). Die dritte Checkbox ist optional und muss daher nicht akzeptiert werden, um fortzufahren (2).



6.3 Zugangscode eingeben

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit, einen Zugangscode einzugeben (1), um weitere Leistungen der Preventicus Heartbeats App freizuschalten. Einen Zugangscode erhalten Sie z.B. im Rahmen eines Vorsorgeprogramms von Ihrer Krankenkasse. Nach der Eingabe des Zugangscodes klicken Sie auf den Button „Weiter mit Zugangscode“, um fortzufahren.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über einen Codegenerator zu überprüfen, ob Sie ebenfalls einen solchen Zugangscode erhalten können. Hierfür wählen Sie „Ohne Zugangscode weiter“ (2). Auf der folgenden Seite können Sie dann die Überprüfung starten (3) oder diesen Schritt überspringen (4).



6.4 Registrieren und Nutzerkonto anlegen

Nach der Abfrage des ZugangsCodes folgt die Registrierung. Wenn Sie sich in der Preventicus Heartbeats App als Nutzer registrieren, sind Ihre Nutzerdaten zukünftig mit Ihrem Account verknüpft. Beim Wechsel des Smartphones müssen Sie sich dann nur noch in der App einloggen und Ihre Lizenz und Ihre Daten werden automatisch wiederhergestellt.

Für die Registrierung geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und ein selbstgewähltes Passwort ein. Die Registrierung kann nur abgeschlossen werden, wenn alle Angaben korrekt geschrieben ausgefüllt sind.

Klicken Sie anschließend auf „Jetzt registrieren“, um Ihr Nutzerkonto mit Ihren Daten zu verknüpfen.

Um die Einrichtung Ihres Nutzerkontos abzuschließen und jederzeit auf Ihre Daten und Ergebnisse zugreifen zu können, müssen Sie Ihre Registrierung zum Schluss noch bestätigen. Sie erhalten dazu von uns eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Durch Anklicken des Links bestätigen Sie Ihre Registrierung.

Hinweis: Zur Bestätigung der E-Mail-Adresse haben Sie 1 Monat Zeit. Verfällt diese Zeit, haben Sie die Möglichkeit, die Bestätigung erneut anzufordern und eine neue E-Mail wird versendet.

Hinweis: Sollten Sie keinen Aktivierungslink zur Bestätigung erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung: support@preventicus.com.

14:10

< Zurück

Registrierung

Bitte registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail und einem selbstgewählten Passwort

E-Mail

E-Mail eingeben

E-Mail wiederholen

E-Mail erneut eingeben

Passwort

Passwort wählen

- mindestens 8 Zeichen
- 1 Kleinbuchstabe
- 1 Großbuchstabe
- 1 Zahl

Passwort wiederholen

Passwort erneut eingeben

Jetzt registrieren

7 Übersichtsseite

Auf dem Startbildschirm befinden sich die Hauptfunktionen der Preventicus Heartbeats App:

- **Messen** (siehe Kapitel 8.1 Auswahl der Messvariante) (1)
- **Reports** (siehe Kapitel 11 Reports & Telecare) (2)
- **Erinnerung** (siehe Kapitel 12.2 Erinnerungsfunktion) (3)
- **Postfach** (siehe Kapitel 16 Postfach) (4)
- **Login** (siehe Kapitel 12.3.1 Nutzerkonto) (5)
- **Hilfereich/FAQ** (siehe Kapitel 8 Durchführung einer Messung) (6)
- **Wissenswertes** (siehe Kapitel 12.5 Wissenswertes) (7)
- **Gesundheit** (siehe Kapitel 15 Gesundheit) (8)

Unter Mehr (9) finden sich neben den Hauptfunktionen zudem Informationen zum Nutzerprofil, Einstellungen sowie rechtliche Informationen.

Weitere Details finden Sie im Kapitel 12 **Menü**.




8 Durchführung einer Messung

Hinweis: Für die Durchführung einer Messung und anschließender Herzrhythmusanalyse mit Ergebnisdarstellung ist eine stabile Internetverbindung notwendig. Bitte stellen Sie eine stabile Internetverbindung sicher, bevor Sie mit der Messung beginnen.

8.1 Auswahl der Messvariante

Nach erfolgter Eingabe Ihrer Daten gelangen Sie zur allgemeinen Benutzeroberfläche. Um eine Messung zu starten, tippen Sie auf den zentralen mit „Messen“ beschrifteten Button in der Navigationsleiste.




In der Vollversion können Sie zwischen zwei Möglichkeiten der Messung wählen:

- | | |
|--------------|---|
| 1min: | Einminütiger Test inklusive vollständiger Analyse und Messergebnis-Report. Der Standard für regelmäßiges Messen. |
| 5min: | Ausführlicher fünfminütiger Test inklusive Messergebnis-Report und höchster Genauigkeit. Empfohlen bei Auffälligkeiten im Standardtest, bei ärztlichen Empfehlungen sowie besonders, wenn Sie als Privatanutzer eine Bewertung durch den Telecare-Service in Anspruch nehmen möchten. |

Auf dem Messscreen können Sie zwischen den beiden Varianten wählen und anschließend mit der Messung beginnen.

Die kostenlose Version bietet eine Einschätzung des Rhythmus aus der 1-minütigen Messung in unauffällig (Ampel wird grau) oder auffällig (Ampel wird orange) an. Das Ergebnis wird Ihnen mittels Ampelsystem ausgewiesen. Ein Messergebnis-Report wird nur in der Vollversion erstellt.



DIE MESSUNG BEGINNT
sobald Sie den Finger
auf die Kamera legen

8.2 Vorbereitung des Gerätes

Vor der ersten Messung werden Ihnen Hinweise für die Durchführung einer Messung zur Verfügung gestellt (Messanleitung). Bitte lesen Sie diese sorgfältig. Nach Abschluss der Anleitung können Sie dieses erneut ansehen oder eine Messung starten.

Vor der Messung entfernen Sie bitte das Ladegerät sowie die Schutzhülle, falls vorhanden.



8.3 Richtige Messposition

Für die richtige Messposition legen Sie den Arm samt Ellenbogen auf den Tisch, so dass Sie entspannt sitzen können. Anschließend nehmen Sie Ihr Handy und legen es mit der Kameralinse auf den vorderen Teil Ihres kleinen Fingers ab. Achten Sie darauf, dass das Blitz-LED nicht verdeckt wird. Bei korrekter Durchführung liegt die gesamte Kameralinse auf dem Finger auf.



8.4 Alternative Messvariante

Alternativ können Sie das Smartphone in der Hand halten. Achten Sie darauf, dass das Smartphone stabil und ruhig in der Hand liegt. Legen Sie den vordersten Teil Ihres Zeigefingers auf die Kameralinse. Bedecken Sie dabei nicht das Blitzlicht.



8.5 Positionierungshilfe nutzen

Die richtige Positionierung der Kameralinse spielt für eine korrekte Messung die entscheidende Rolle. Nutzen Sie daher das angebotene Vorschauenfenster als Positionierungshilfe. Mit diesem Vorschauenfenster können Sie auch bei einem Smartphone, das über mehrere Kameras verfügt, die richtige Kamera identifizieren. Die Kameralinse ist dann richtig positioniert, wenn der innere Kreis im Vorschauenfenster gänzlich rot erscheint.



8.6 Gute Signalqualität erkennen

Im nächsten Schritt prüft das System die Signalqualität. Legen Sie die Kamera auf Ihre Fingerspitze und warten Sie bis das System die Signalqualität kalibriert hat. Die Messung startet dann automatisch.




8.7 Verhalten während der Messung

Sitzen Sie während der Messung entspannt. Vermeiden Sie Bewegungen und sprechen Sie während der Aufnahme nicht.

8.8 Start der Messung

Nach dem Sie „Jetzt Messung starten“ gedrückt haben, ist Ihr Gerät für die Messung bereit. Legen Sie das Gerät wie in der Messanleitung beschrieben mit der Kameralinse auf den vorderen Teil Ihres kleinen Fingers. Sobald das System die Signalqualität kalibriert hat, startet die Messung automatisch.



DIE MESSUNG BEGINNT
sobald Sie den Finger
auf die Kamera legen

9 Messergebnis-Report erstellen

Nach abgeschlossener Messung besteht die Möglichkeit, optional einen Titel einzutragen, anzugeben wie Sie sich fühlen (Auswahl aus einer Liste) und einen Kommentar zur Messung, wie „Heute geht es mir sehr gut“ oder „Heute fühle ich mich unwohl“ einzutragen. Des Weiteren gibt es die Felder Geschlecht und Geburtsjahr. Nach der ersten abgeschlossenen Messung sind diese Felder leer und müssen von Ihnen als Pflichtfelder ausgefüllt werden. Fortan werden Ihre Angaben zu Geschlecht und Geburtsjahr nach jeder weiteren abgeschlossenen Messung voreingetragen angezeigt.

Anschließend werden Ihre Informationen in den Messergebnis-Report der Messung übertragen. Danach können Sie den Report zur Messung speichern.

Hinweis: Als Nutzer des Vorsorgungsprogramms geben Sie bereits im Zuge der Einschreibung ihr Geburtsjahr und Geschlecht an. Diese Werte sind bereits nach der ersten abgeschlossenen Messung voreingetragen und können jedoch bei Bedarf geändert werden.

10 Anzeige der Ergebnisse

Nach dem Speichern der Messung wird Ihnen das Ergebnis auf der zugehörigen Detailseite angezeigt. Diese ist in mehrere Bereiche unterteilt.

Im ersten Abschnitt (1) sehen Sie eine schriftliche Zusammenfassung mit möglichen Handlungsempfehlungen.

Darunter befinden sich 2 Kacheln.
Die linke Kachel (2) zeigt das Ergebnis zu Ihrem Herzrhythmus an.
Mögliche Farben sind:

Farbe	Bedeutung
Grün	Regelmäßiger Herzrhythmus
Gelb	Unregelmäßiger Herzrhythmus: Leichte Herzrhythmusstörung (>5% aller Schläge sind unregelmäßig)
Rot	Verdacht auf Vorhofflimmern: Absolute Arrhythmie mit Verdacht auf Vorhofflimmern Falls nicht unter medizinischer Kontrolle und bei wiederholtem Auftreten ist eine umgehende kardiologische Abklärung notwendig.

Tab. 10.1 Farbliche Kennzeichnung und Bewertung des Herzrhythmus




Die rechte Kachel (3) zeigt das Ergebnis zu ihrem Puls an. Mögliche Farben sind:

Farbe	Bedeutung
Grün	Puls normal
Gelb	Puls leicht erhöht oder verringert
Rot	Deutlich erhöhter oder verringerter Puls

Tab. 10.2 Farbliche Kennzeichnung und Bewertung der Herzrate

Beide Kacheln (2), (3) bieten weitere Detailinformationen, sobald sie gedrückt werden:



10.1 Schlechte Signalqualität

Bei schlechter Signalqualität durch Bewegungen, Sprechen, Husten oder falscher Auflage der Kamera, z.B. auf der Fingerspitze, während der Messung, kann keine Auswertung erfolgen. Unter „Messtutorial ansehen“ kann das Tutorial erneut angesehen und anschließend die Messung wiederholt werden.

Die zuverlässige Auswertung des Herzrhythmus mit der App hängt von einer guten Signalqualität ab. Bitte achten Sie bei der Messung auf folgende Punkte:

1. Bitte sitzen Sie aufrecht und entspannt.
Messvariante 1: Bitte legen Sie die Kameralinse stabil auf den vordersten Teil Ihres Fingers. **Messvariante 2:** Bitte halten Sie das Smartphone stabil und ruhig in der Hand. Legen Sie den vordersten Teil Ihres Zeigefingers auf die Kameralinse.
2. Bitte berühren Sie dabei nicht das Blitzlicht mit dem Finger.
3. Der Kreis (Vorschau) muss durch Ihren Finger rot und komplett ausgefüllt sein.
4. Die Signalqualität wird anschließend durch das System kalibriert und nach 3 Sekunden startet die Messung automatisch.
5. Massieren Sie bitte ggf. die Fingerkuppe des zur Messung verwendeten Fingers, um die Durchblutung zu steigern.

Bitte wenden Sie sich bei Schwierigkeiten an den Support von Preventicus unter: support@preventicus.com




11 Reports & Telecare

11.1 Übersicht Messergebnis-Report

Für die ersten kostenlosen Messungen sowie bei laufenden Abonnements erhalten Sie nach erfolgreicher Messung (1 min oder 5 min) das Ergebnis zusätzlich in Form eines zusammenfassenden Messergebnis-Reports im PDF-Format. Dieser ist auf der Detailseite der Messung im Bereich „Report“ durch Drücken der Kachel (1) aufrufbar.

Dieser enthält die aufgezeichnete Pulskurve, den Puls (in bpm) im Zeitverlauf und detaillierte Informationen zum Herzrhythmus. Der Messergebnis-Report setzt sich aus drei Bereichen zusammen (s. Abb. 11.1).






Abb. 11.1 Messergebnis-Report von Preventicus Heartbeats bestehend aus drei Bereichen: 1- Zusammenfassendes Ergebnis der Herzrhythmusanalyse, 2 - Puls in Schlägen pro Minute (BPM) über die gesamte Messung, 3 - Originale Pulscurve über die gesamte Messung

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der Herzrhythmusanalyse (s. Abb. 11.1 / Bereich 1) beinhaltet die Basisdaten sowie die optionalen Angaben, wie Name und Kommentar zur Messung. Weiterhin werden Ihnen die Ergebnisse des Pulses und des Herzrhythmus jeweils in Textform inklusive farblicher Kennzeichnung zur Verfügung gestellt. Die farbliche Kennzeichnung entspricht der Farbe der Ampel im Ergebnisscreen der App (s. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** und Tab. 10.2). Je nach Ergebnis wird Ihnen eine weiterführende medizinische Bewertung durch Fachpersonal vorgeschlagen.

Im zweiten Teil des Reports (s. Abb. 11.1 / Bereich 2) wird der Puls in Schlägen pro Minute (bpm) über die gesamte Messung dargestellt. Leichte und regelmäßige Schwankungen im Puls, wie in der Abb. 11.1 / Bereich 2 dargestellt, sind normal und beruhen meist auf der Wechselwirkung zwischen Atmung und Herzschlag.

Plötzliche positive oder negative Ausschläge, wie in der Abb. 11.2 hingegen, beruhen auf einzelnen unregelmäßigen Herzschlägen und können einen Hinweis auf Extrasystolen darstellen.




Abb. 11.2 Zusammenfassendes Ergebnis der Herzrhythmusanalyse und Puls in Schlägen pro Minute (BPM) über die gesamte Messung von einem Messergebnis-Report mit leichten Herzrhythmusstörungen

Positive Ausschläge ergeben sich durch unregelmäßige Herzschläge, die einen im Vergleich zum Durchschnitt deutlich verringert zeitlichen Abstand zum vorherigen Herzschlag besitzen. Negative Ausschläge in der Pulsrate dagegen, weisen auf einen im Vergleich zum Durchschnitt deutlich größeren zeitlichen Abstand des unregelmäßigen Herzschlages zum vorherigen normalen Herzschlag auf.

Die Abb. 11.3 zeigt die Pulsrate bei vorhandenem Vorhofflimmern. Der Puls ist über die gesamte Messung stark unregelmäßig. Die Schwankungen des Pulses treten chaotisch über die gesamte Messung auf.



Abb. 11.3 Zusammenfassendes Ergebnis der Herzrhythmusanalyse und des Pulses in Schlägen pro Minute (BPM) über die gesamte Messung von einem Messergebnis-Report mit absoluter Arrhythmie

Der dritte Bereich des Messergebnis-Reports besteht aus der Original-Pulscurve. Dabei entspricht eine Welle der Pulscurve einem Herzschlag. Für die Analyse des Herzrhythmus werden in der Pulscurve Punkte detektiert, die sich äquivalent zu der R-Zacke im EKG verhalten. Diese Punkte werden in Form von R-Zacken in die Original-Pulscurve gezeichnet, um einen detektierten/erkannten Herzschlag zu kennzeichnen (s. Abb. 11.4). Schwarze R-Zacken symbolisieren einen regelmäßigen Herzschlag, gelbe einen unregelmäßigen Herzschlag (z. B. Extrasystole) und rote R-Zacken einen äußerst unregelmäßigen Herzschlag aufgrund von absoluter Arrhythmie (Verdacht auf Vorhofflimmern).




Abb. 11.4. Legende der R-Zacken in der Original-Pulscurve

Blaue Balken in der Pulscurve (s. Abb. 11.5) weisen auf eine erkannte Störung hin, die u.a. durch Bewegung, Umgebungslicht, Kameranachsteuerung verursacht werden kann.




Abb. 11.5. Original-Pulscurve des Messergebnis-Reports mit erkannter Störung (blauer Balken)

11.2 Messergebnisliste


Nach jeder Messung werden die Messergebnis-Reports in einer Liste abgelegt und können im Menüpunkt „Meine Ergebnisse“ eingesehen werden.

Zum besseren Verständnis, wie ein solcher Report gelesen wird, finden Sie eine Videoanleitung im Untermenü (3-Punkte) (1).

In der Liste werden die Messergebnisse mit Ihren Kerninformation untereinander abgebildet: Ergebnis des Pulses, der zugehörigen Ampelfarbe der Messung sowie Zeitpunkt der Messdurchführung (2).

Durch Antippen eines Messergebnisses wird dieses im Detail angezeigt.


Messergebnisse können jederzeit in der Listenübersicht gelöscht werden (3). Hierzu gehen Sie auf das Mülleimer-Symbol. Sie können Sie durch Anwählen der einzelnen Messergebnisse aus der Liste eine Auswahl treffen, welche gelöscht werden sollen. Diese Auswahl jedes Messergebnisses können Sie in diesem Modus jederzeit widerrufen, indem Sie erneut auf das Häkchen vor dem jeweiligen Messergebnis drücken. Um die gesamte Auswahl abubrechen, wählen Sie den „Abbrechen“-Button. Zum Löschen der Messergebnisse drücken Sie auf „Löschen“. Die Messergebnisse werden sofort gelöscht.



Die Detailseite jedes Messergebnisses, die auch nach jeder Messung automatisch angezeigt wird, erreichen Sie erneut, indem Sie auf einen Eintrag in der Messergebnisliste drücken (2).

In der Detailansicht eines Messergebnisses kann ein Report in PDF-Format mit anderen Personen geteilt werden (4). Hierzu drücken Sie auf den „Teilen“-Button (iOS:  // Android: ). Sie können anschließend aus einer Auswahl an Diensten wählen, um den Report zu versenden oder ausserhalb der App auf dem eigenen Smartphone zu speichern. Es wird darauf hingewiesen, dass beim Versenden der Reports eine Verschlüsselung bzw. ein Kennwortschutz des Dokumentes empfohlen wird.

Auch wenn Sie einen PDF-Report direkt geöffnet haben, indem Sie auf die entsprechende Kachel gedrückt haben (5), steht Ihnen der „Teilen“-Button in der oberen rechten Ecke zur Verfügung.



11.3 Telecare – Reports

Haben Sie einen oder mehrere Reports mit dem Verdacht auf leichte Herzrhythmusstörungen (gelbe Ampel) oder absoluter Arrhythmie (rote Ampel), besteht die Möglichkeit, diese an den Telecare-Service zu schicken.

Wenn Ihre Herzrhythmus-Messungen Auffälligkeiten zeigen, führen erfahrene medizintechnische Fachkräfte eines spezialisierten Telecare-Centers eine Qualitätskontrolle Ihrer Daten durch. So erhalten Sie und Ihr Arzt Gewissheit, ob eine Verdachtsdiagnose auf einer verwertbaren, störungsfreien Messung beruht und glaubhaft ist, oder ob auch Störsignale oder Messfehler dafür ursächlich sein könnten.


Haben Sie den Telecare Service für eine oder mehrere Messungen ausgelöst, bekommen Sie das Ergebnis innerhalb von 3 Werktagen in die App zurückgespielt. Wie, das erfahren Sie im nächsten Kapitel.



11.4 Telecare – Report in Auftrag geben


Jede Messung mit auffälligem Herzrhythmus (gelbe oder rote Ampel) kann an den Telecare Service geschickt werden. Hierfür öffnen Sie die Detailseite einer Messung. Hier sehen Sie unterhalb des PDF-Reports die Telecare Service Kachel (1). Wenn Sie diese Kachel drücken, wird der Prozess zum Einsenden gestartet. Der erste Schritt zeigt Ihnen Informationen an (2), ob der Telecare Service für Sie kostenfrei zur Verfügung steht (bspw. einmal pro Monat im Value Abonnement), oder Sie eine Einzelanalyse kaufen wollen (bspw. im kostenlosen Probezeitraum oder dem Classic Abonnement).

Sollten Sie den Telecare Service zum ersten Mal nutzen, müssen Sie einmalig den AGB & Datenschutzbestimmungen des Telecare-Services (3) zustimmen (4).




Im letzten Schritt wählen Sie in der sich öffnenden Ergebnisliste die Messung(en) aus, die Sie analysieren lassen möchten. Zu Beginn ist die Messung ausgewählt, von deren Detailseite sie den Prozess gestartet haben. Im Value Abonnement haben Sie einmal pro Monat die Möglichkeit, für eine Analyse bis zu 5 Messungen gleichzeitig einzuschicken. Hierfür können Sie auf der Liste mehrere Messungen auswählen, indem Sie diese durch Drücken des Kreises vor einer Messung auswählen (ein Häkchen erscheint) (5). Sind Sie mit der Auswahl fertig, drücken Sie abschließend auf „Analysieren“ (6). Somit ist der Einsende-Prozess abgeschlossen.

Hinweis: Sollten Sie eine Einzelanalyse gekauft haben, können Sie nur eine Messung auswählen.




Anschließend wird Ihnen in der Messergebnisliste und auf der Detailseite der eingesendeten Messungen angezeigt (7), dass die Messung(en) sich aktuell in der Analyse befinden. Innerhalb von 3 Werktagen werden Sie das Ergebnis erhalten.



11.5 Telecare – Status und Report anzeigen

Sobald die Telecare Bewertung abgeschlossen ist, erhalten Sie die Information direkt auf der Übersichtsseite der App (1). Auch in der Messergebnisliste und auf der Detailseite der eingeschickten Messungen werden Sie über den neuen Status informiert (2). Auf der Detailseite der Messung wurde der ursprüngliche PDF-Report im Bereich „Report“ durch den neuen und umfangreicheren Telecare Report ausgetauscht. Durch Drücken der entsprechenden Kachel lässt dieser sich öffnen (3).

Sie können den Telecare-Report in der Detailansicht ebenfalls mit anderen Personen teilen. Durch Antippen des „Teilen“-Button (iOS:  // Android: ) (4) wird Ihnen anschließend eine Auswahl an Diensten angeboten, um den Report zu versenden oder ausserhalb der App auf dem eigenen Smartphone zu speichern.



11.6 Startseite - Letzte Messung

Wenn Sie über die Vollversion verfügen und eine Messung durchgeführt haben, wird Ihnen im Anschluss auf der Startseite das Ergebnis Ihrer letzten Messung angezeigt. Durch Klick auf die Anzeige gelangen Sie weiter zum detaillierten Messergebnis-Report Ihrer letzten Messung.




12 Mehr-Menü

Erreichen können Sie das Menü jederzeit über „Mehr“ in der Navigationsleiste.

Es besteht aus:

- **Nutzerkonto:** Anmeldung, Registrierung und Account löschen (siehe Kapitel 12.3.1 Nutzerkonto und Kapitel 14 Account löschen)
- **Basisdaten:** Informationen zur eigenen Person (siehe Kapitel 12.1 Basisdaten)
- **Kaufoptionen:** Übersicht zum Funktionsumfang von Vortest und Vollversion (siehe Kapitel 13.1 Kaufoptionen)
- **Messerinnerung:** Erinnerungsfunktion zur regelmäßigen Messung (siehe Kapitel 12.2 Erinnerungsfunktion)
- **Rechtliches:** Informationen zu den Themen - Zweckbestimmung, Nutzungsbedingungen, Datenschutz etc.
- **Hilfereich:** FAQ zu häufigen Fragen, sowie Tipps und Hinweise zum Thema Messen
- **Über Heartbeats:** Informationen zur Preventicus Heartbeats App (siehe Kapitel 12.4 Über Heartbeats)
- **Versionsnummer**




12.1 Basisdaten

Die Basisdaten setzen sich zusammen aus Geschlecht und Geburtsjahr. Nach der ersten abgeschlossenen Messung müssen Sie Ihre Basisdaten beim Erstellen des Messreports angeben, damit diese zur Analyse verwendet werden können.

Als Teilnehmer des Vorsorgeprogramms geben Sie diese Daten im Zuge der Einschreibung an.

Im Menüpunkt Basisdaten können die Angaben jederzeit einsehen und im Nachhinein noch ändern.



12.2 Erinnerungsfunktion

Im Menüpunkt „Erinnerung“ haben Sie die Möglichkeit, an Ihre täglichen Messungen erinnert zu werden. Dazu erhalten Sie Push-Nachrichten auf Ihr Smartphone, die Sie an die Durchführung der Messung erinnert.


(i) Hinweis: Um die Erinnerungsfunktion nutzen zu können, müssen Sie sich registriert haben.

Sie haben die Möglichkeit eigene Erinnerungen anzulegen. Hierzu klicken Sie auf das „+“-Symbol (1).

Eine neue Erinnerung erscheint (2). Geben Sie einen Namen ein, z.B. „Tägliche Messung Früh“, wählen Sie anschließend eine Uhrzeit sowie die Wochentage aus. Bestätigen Sie die Erinnerung, um diese anzulegen (3) durch Drücken des „Ok“-Symbols (✓).

Sie können die Erinnerung jederzeit löschen (4) und bearbeiten (5). Zum Löschen des Eintrags gehen Sie auf das „Bearbeiten“-Symbol (5) und wählen dann das „Mülleimer“-Symbol (4). Die Erinnerung wird unwiderruflich gelöscht.


Eine Erinnerung kann auch deaktiviert werden (6), indem Sie auf das „Glocken“-Symbol (🔔) tippen. Wird eine neue Erinnerung angelegt, ist dieser Button standardmäßig aktiviert.



12.3 Anmeldung

Wenn Sie sich registriert haben und somit ein Nutzerkonto besitzen, können Sie sich jederzeit mit Ihrer E-Mail oder Nutzernamen sowie Ihrem Passwort anmelden und erhalten Zugriff auf Ihre Messungen, Reports und freigeschalteten Leistungen.

1. Wählen Sie, um sich anzumelden, auf dem Startscreen den Button „Anmelden“ aus (1).
2. Sie gelangen anschließend auf den Login-Screen, wo Sie Ihre E-Mail oder Nutzernamen und Passwort eingeben können (2). Durch Klick auf den Button „Anmelden“ schließen Sie den Vorgang ab. Falls Sie Ihr Passwort vergessen sollten, können Sie dieses über „Passwort vergessen?“ jederzeit zurücksetzen und neu wählen (3).
3. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie zur Übersichtsseite mit allen Funktionen.



Hinweis: Falls Sie sich bei der Passwordeingabe verschrieben haben oder ein falsches Passwort eingegeben haben, wird Sie das System darauf hinweisen. Bitte geben Sie in diesem Fall erneut Ihr Passwort ein.

Hinweis: Wenn sich Ihr Passwort nicht zurücksetzen lässt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie bisher noch nicht als Nutzer registriert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Bereich „Noch kein Nutzerkonto? Registrieren“ (4) und registrieren sich als neuer Nutzer.


12.3.1 Nutzerkonto

Der Bereich „Nutzerkonto“ ist in der Navigationsleiste unter „Mehr“ zu finden und zeigt Ihnen alle mit Ihrem Nutzerkonto verknüpften Daten an. Hier sehen Sie, ob und mit welcher E-Mail Adresse Sie in Ihrem Nutzerkonto angemeldet sind (1).

Hier erhalten Sie zudem Informationen zu Ihrem Abonnement und Inklusivleistungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Abonnement zu wechseln, zu erneuern oder zu kündigen (2).

Ebenfalls werden Ihnen alle mit Ihrem Nutzerkonto verbundenen Services angezeigt, die für Sie aktiv sind (3).

Wenn Sie einen Zugangscode z.B. per Brief von Ihrer Krankenkasse erhalten haben, können Sie diesen ebenfalls im Nutzerkonto eingeben (4) und so die zusätzlichen Leistungen freischalten.



(i) Hinweis: Die Informationen werden Ihnen nur angezeigt, wenn Sie sich mit Ihren Zugangsdaten – E-Mail oder Nutzernamen sowie Passwort – angemeldet haben. Des Weiteren existiert ein Nutzerkonto nur dann, wenn Sie sich als Nutzer registriert haben.

12.3.2 Smartphonewechsel

(i) Hinweis: Die Übertragung des Kontos inklusive evtl. vorhandener Nutzerlizenz sowie allen Reports ist bei einem Wechsel des Smartphones nur möglich, wenn Sie sich vorher registriert haben.

Mit den folgenden Schritten übertragen Sie Ihr Preventicus Nutzerkonto inkl. aller Daten auf Ihr neues Smartphone:

1. Installieren Sie die App Preventicus Heartbeats auf Ihrem neuen Smartphone.
2. Öffnen Sie die App Preventicus Heartbeats.
3. Wählen Sie auf dem Startscreen den Button „Anmelden“ aus, um sich auf dem neuen Gerät anzumelden.
4. Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein, mit denen Sie sich bei Preventicus registriert haben.
5. Klicken Sie anschließend auf „Anmelden“.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, nutzen Sie dazu bitte die Option „Passwort vergessen?“. Damit können Sie Ihr Passwort zurücksetzen und ein neues wählen.

Sollten Sie Ihre Zugangsdaten komplett vergessen haben oder sich nicht sicher sein, ob Sie bereits registriert sind, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung: support@preventicus.com.

(i) Hinweis: Ein gleichzeitiges Anmelden auf zwei Geräten ist nicht möglich. Sie werden automatisch auf dem zweiten Gerät abgemeldet, wenn Sie sich auf einem anderen Gerät einloggen.

12.3.3 Mehrere Nutzer - Nutzerwechsel


Sie haben die Möglichkeit, die App Preventicus Heartbeats für mehrere Nutzer einzurichten.

Nutzen Sie dazu die Option, für jeden Nutzer ein Nutzerkonto anzulegen, um sicher zu gehen, dass die Daten jedes Nutzers privat und individuell auf ihn zugeschnitten sind.

Sobald Sie das neue Konto erstellt haben, können Sie jederzeit das Konto und damit den Zugriff wechseln.

Ausgangssituation - Ein Nutzer ist bereits angemeldet:

1. Wählen Sie in der Navigationsleiste „Mehr“ und drücken dann auf „Nutzerkonto“.
2. Im angezeigten Nutzerkonto sehen sie, ob und welches Konto gerade angemeldet ist.
3. Zum Wechsel des Nutzerkontos, wählen Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke (1). Sie haben die Möglichkeit zwischen „Abmelden“ und „Nutzerkonto löschen“ zu wählen. Wählen Sie bitte die Option „Abmelden“.
4. Nach dem erfolgreichen Abmelden gelangen Sie zurück auf den Startscreen. Hier können Sie sich jetzt über den Button „Anmelden“ mit Ihren eigenen Zugangsdaten in der App anmelden. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie all Ihre persönlichen Messungen sowie Ihre individuell freigeschalteten Dienste.



Hinweis: Freigeschaltete Leistungen wie z.B. Vollversionslizenzen oder Teilnahme am Vorsorgeprogramm einer Krankenkasse sind Nutzerkonto-gebunden und können nicht übertragen bzw. gemeinsam genutzt werden.

12.4 Über Heartbeats

Im Bereich „Über Heartbeats“ erhalten Sie Informationen über die Folgen von Herzrhythmusstörungen sowie über Funktionen und Inhalte der Preventicus Heartbeats App.

Sie erreichen diesen über die Navigationsleiste unter „Mehr“.



12.5 Wissenswertes

Im Bereich „Wissenswertes“ erhalten Sie Informationen rund um die Themen Vorhofflimmern, Herzgesundheit, Schlaganfall-Prävention und das Vorsorgeprogramm.



13 Vollversion

13.1 Kaufoptionen

„Kaufoptionen“ ist ein Unterpunkt des Menüs in der Navigationsleiste unter „Mehr“. Diese Übersicht zeigt die angebotenen Abonnements und Pakete sowie die Leistungen und Vorteile der unterschiedlichen Varianten.

Als neuer Nutzer haben Sie die Möglichkeit, 7 Messungen mit vollständiger Analyse durchzuführen. Danach können Sie sich entscheiden, welches Abonnement und Paket für Sie das richtige ist: Bspw. „Classic“ oder „Value“. Die Leistungen unterscheiden sich zwischen den Paketen. Informieren Sie sich auf der Seite der Kaufoptionen über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, bevor Sie eine Auswahl treffen.

Die Abonnements werden zudem in unterschiedlichen Laufzeiten und entsprechenden Preisvorteilen angeboten.

i Hinweis: Es handelt es sich um In-App-Käufe. Um den Kauf zu ermöglichen, ist es notwendig, einen aktiven Store-Account Ihres Betriebssystems zu besitzen.

i Hinweis: Um einen Kauf abzuschließen, müssen Sie nicht registriert sein.

Getätigte Käufe können im Bereich „Kaufoptionen“ wiederhergestellt werden, sofern deren Laufzeit noch nicht abgelaufen ist.

i Hinweis: Wir bieten bei einem In-App-Kauf unseren iOS-Kunden die Möglichkeit an, auch bei einem Smartphone-Wechsel, aber mit gleichbleibender Apple-ID alle In-App-Käufe auf dem neuen Gerät wiederherzustellen. Andernfalls wären mit Verlust des alten Gerätes auch die Käufe verloren. Um die Information "Kauf erfolgt" mit Ihrem Account verknüpfen zu können, verwenden wir iCloud Drive. Dadurch ist iCloud Drive eine Voraussetzung für einen In-App-Kauf bei Preventicus Heartbeats.

i Hinweis: Sollten Sie keinen Zugriff auf die Vollversion erhalten, prüfen Sie bitte, ob Sie in der App angemeldet sind. Falls Sie sich noch nicht in der App registriert haben, schließen Sie bitte alle Anwendungen auf Ihrem Smartphone. Schließen Sie die App und starten Sie sie neu. Öffnen Sie bitte über das Menü das Feld "Kaufoptionen". Ganz unten finden Sie den Button "Käufe wiederherstellen". Damit sollten sie wieder Zugriff auf die Vollversion haben.

14 Nutzerkonto löschen

Wenn Sie in der Preventicus Heartbeats App als Nutzer registriert sind, können Sie Ihr Nutzerkonto und die damit verbundenen Informationen und Dokumente jederzeit löschen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aktion endgültig ist. Ihre Daten können nicht wiederhergestellt werden, falls Sie Ihre Meinung ändern.

Schritt 1: Was passiert, wenn Sie Ihr Konto löschen?

- Alle mit diesem Konto verknüpften Daten, Reports und Käufe gehen verloren.
- Sie haben keinen Zugriff mehr auf vergangene Messungen und Reports.
- Sie verlieren den Zugriff auf Ihre getätigten Käufe und Inhalte, die Sie im AppStore oder bei Google Play gekauft haben, z.B. Telecare Bewertungen.

i Hinweis für Teilnehmer am Vorsorgeprogramm: Eine Löschung Ihres Nutzerkontos geht immer einher mit der Kündigung und damit Beendigung Ihres Vorsorgeprogramms.


Schritt 2: Daten überprüfen und herunterladen

Bevor Sie Ihr Konto löschen:

- Überprüfen Sie die Daten in Ihrem Konto.
- Reports, die Sie gern behalten wollen, sollten Sie vor dem Löschen entweder speichern, an einen anderen PC übertragen oder weiterleiten.
- Nutzen Sie dazu die „Teilen“-Funktion bei den einzelnen Reports.

Schritt 3: Konto löschen


1. Öffnen Sie das Menü.
2. Wählen Sie im Menü den Bereich „Nutzerkonto“ aus.
3. Im oberen Bereich Ihrer Nutzerkonto-Ansicht finden Sie ein Icon mit drei Punkten, hinter welches sich ein zusätzliches Navigationsmenü versteckt.
4. Klicken Sie das drei Punkte Icon an, um das zusätzliche Navigationsmenü zu öffnen.
5. Wählen Sie anschließend die Option „Nutzerkonto löschen“ aus. Auf dem folgenden Screen werden Ihnen alle Daten aufgelistet, welche gelöscht werden.
6. Um Ihr Nutzerkonto endgültig zu löschen, klicken Sie auf den Button „Konto löschen“ und folgen den Anweisungen auf Ihrem Display.
7. Wenn Ihr Account erfolgreich gelöscht wurde, wird Ihnen eine Hinweismeldung angezeigt.



HINWEIS für Teilnehmer am Krankenkassen-Vorsorgeprogramm

Als registrierter Nutzer im Vorsorgeprogramm müssen Sie Ihren Vertrag zunächst widerrufen bzw. kündigen, um Ihren Account löschen zu können. Dazu wird Ihnen beim Klick auf den Button „Konto löschen“ eine Hinweismeldung angezeigt.

Wählen Sie „Beenden“ und widerrufen/kündigen Sie Ihren Vertrag. Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf Ihrem Display, um Ihr Nutzerkonto endgültig zu löschen.



15 Gesundheit

Den Bereich „Gesundheit“ können Sie über die Navigationsleiste erreichen. Der Bereich zeigt für Nutzer mit der Vollversion oder Nutzer des Vorsorgeprogramms je eine Grafik zum Herzrhythmus und Puls.

In der oberen Grafik werden die Ergebnisse der Herzrhythmusanalyse Ihrer Messungen farblich (grün, gelb, rot) mittels Kreisdiagramm dargestellt. Unter dem Kreis wird aufgelistet, wie oft Sie eine Messung mit dem Herzrhythmusergebnis grün - „Regelmäßig“, gelb - „Unregelmäßig“ und/ oder rot - „Verdacht auf Vorhofflimmern“ hatten.

In der unteren Grafik werden die Pulswerte (Herzschläge pro Minute) für jede Ihrer Messung mittels Punktediagramm über einen Monat dargestellt. Die Farbskala an der linken Seite beschreibt, ob der Puls normal (grün), leicht erhöht oder verringert (gelb) oder stark erhöht oder verringert (rot) ist. Zusätzlich wird der mittlere Puls, sowie der minimale und maximale Puls in dem ausgewählten Monat angezeigt.

Die beiden Grafiken beziehen sich jeweils auf einen ausgewählten Monat. Per Klick auf die Pfeile neben der Monatsangabe können Sie zwischen den Monaten wechseln und Ihre Werte vergleichen.




16 Postfach

Das Postfach finden Sie auf dem Startscreen oben rechts. Um das Postfach zu öffnen, klicken Sie auf das Brief-Symbol.

Im Postfach werden alle wichtigen Benachrichtigungen chronologisch für Sie aufgelistet. Sind neue Einträge vorhanden, wird dies für Sie mittels einer Bubble an dem Brief-Symbol gekennzeichnet. Im Postfach haben Sie zudem auch eine Kennzeichnung neuer noch nicht gelesener Einträge.

Beim Klick auf einen Eintrag im Postfach wird Ihnen der zugehörige Detaildialog angezeigt und von dort aus gelangen Sie zu dem jeweiligen Screen, auf den die Benachrichtigung abzielt.



17 Fragen und Probleme

Wie komme ich zur App Preventicus Heartbeats? Wie installiere ich die App Preventicus Heartbeats auf mein Handy?

So installieren Sie Preventicus Heartbeats:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Android-Smartphone (z. B. Samsung oder Huawei Gerät) bitte den Google Play Store bzw. auf Ihrem iOS-Smartphone (iPhone) den App Store .
2. Geben Sie in das Suchfeld "Preventicus Heartbeats" ein.
3. Tippen Sie auf "Laden" bzw. "Installieren" und beobachten Sie den Fortschritt.
4. Sobald die App installiert ist, ändert sich die Beschreibung von „Installieren“ auf „Öffnen“.
5. Tippen Sie auf „Öffnen“, um Preventicus Heartbeats zu starten. Ebenfalls erscheint die App als Herz-Icon auf Ihrem Startbildschirm des Smartphones. Durch Antippen des Logo können sie die App ebenfalls starten.

Was mache ich bei einer schwachen Internetverbindung (Fehlercode 500)?

Bitte versuchen Sie, sich nah an Ihrem WLAN-Router zu positionieren oder schalten Sie die mobilen Daten Ihres Smartphones für die Nutzung von Heartbeats ein. Falls die Verbindung weiterhin gering ist, schalten Sie bitte Ihren Flugmodus im Smartphone ein und wieder aus.

Was mache ich, wenn ich die App nicht aktualisieren kann?

Melden Sie sich bitte bei support@preventicus.com.

Was mache ich, wenn die App Buchstabensalat oder eine andere Sprache anzeigt?

Melden Sie sich bitte bei support@preventicus.com.

Was mache ich, wenn in der App die Meldung kommt: „Session Token nicht gefunden“?

Melden Sie sich bitte bei support@preventicus.com.

Was mache ich, wenn ich keine Verbindung zum Server habe? (Meldung: „Probleme bei der Kommunikation mit dem Server“)

Melden Sie sich bitte bei support@preventicus.com.

Was mache ich, wenn die App sich nicht öffnen lässt bzw. abstürzt?

Bitte schließen Sie die App und öffnen sie erneut. Falls die App weiterhin nicht funktioniert, deinstallieren Sie diese bitte. Installieren Sie in dem jeweiligen Store neu und melden Sie sich mit Ihrer Email-Adresse und Ihrem Passwort wieder in der App an. Hilft das auch nicht, schalten Sie bitte Ihr Smartphone aus und wieder ein und öffnen dann die App erneut.

Was mache ich, wenn das Löschen meines Accounts fehlschlägt?

Wenn das Löschen Ihres Accounts fehlschlägt, wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt. Falls diese nach mehreren Versuchen weiterhin erscheint, wenden Sie sich bitte an support@preventicus.com.

Wo finde ich die aktuelle Versionsnummer der installierten App?

Öffnen Sie in der App das Menü über die drei Striche am oberen linken Bildschirmrand. Am Ende der Liste der Menüpunkte finden Sie die Angabe zur Version Ihrer App.

18 Deinstallation der App

Bei Preventicus Heartbeats handelt es sich um eine Stand-Alone-Software, die zwar in Verbindung mit einem Smartphone anwendbar ist, jedoch kein ME-Gerät im Sinn der IEC 60601-1 ist. Die Entsorgung des Produktes erfolgt durch Deinstallation der App vom Smartphone des Anwenders. Wenn Sie eine App entfernen, für die Sie bezahlt haben, können Sie sie kostenlos neu installieren.

19 Technische Daten

	iOS	Android
Sprache	deutsch englisch französisch spanisch italienisch	deutsch englisch französisch spanisch italienisch
Erforderliches Betriebssystem	iOS 15	Android 8.0



Preventicus® GmbH
Ernst-Abbe-Str. 15,
DE-07743 Jena

Bei dieser Stand-alone-Software handelt es sich um ein zertifiziertes Medizinprodukt der Risikoklasse IIa nach Regel 11 der VO (EU) 2017/745.

20 Herstellerinformation

Die App Preventicus Heartbeats ist ein Produkt der Preventicus GmbH. Die Kontaktdaten sind

Preventicus GmbH
Ernst-Abbe-Straße 15
DE-07743 Jena
Telefon: 03641 / 55 98 45 -0
Fax: 036 41/55 98 45-9
Web: www.preventicus.com
Mail: info@preventicus.com

Für Fragen rund um das Produkt und die Anwendung wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung:
Mail: support@preventicus.com